


**TC014**

Accessorio di calibrazione per Rilevatori di Gas Tecnocontrol

Calibration kit for Tecnocontrol Gas Detectors

Accessoire d'étalonnage pour détecteurs de gaz Tecnocontrol



Leggere Attentamente e Conservare questa Istruzione
Fare sempre riferimento anche alle
Istruzioni d'Uso dei Rilevatori

Please read carefully and keep this manual
Please always refer to the instruction notice

Lire avec soin et garder la notice d'instruction
Faire toujours référence aux manuels d'utilisation des
détecteurs

IT DESCRIZIONE

Il **TC014** è la maschera di calibrazione realizzata per la verifica e la taratura dei modelli di rilevatori gas industriali prodotti.

È adatto per tutti i nostri rilevatori con portasensore sia di Ø 42 mm che Ø 49 mm.

Il corpo del **TC014** è realizzato in acciaio per non assorbire o modificare la concentrazione dei gas titolati utilizzati

Il **TC014** è dotato di due ingressi, uno per GAS REATTIVI e un altro con Flussometro per GAS NON REATTIVI.

Questo permette di utilizzare vari tipi di bombole.

ATTENZIONE

Tutte le operazioni di TARATURA devono essere effettuate solo da personale addestrato e autorizzato, in alternativa, si consiglia di effettuare SOLO la VERIFICA facendo riferimento a quanto riportato nel manuale d'istruzioni del rilevatore sottoposto a test.

EN DESCRIPTION

The **TC014** is the calibration kit, designed for the verification and calibration of our industrial gas detectors. It can be used for all our detectors with a Ø 42 mm and Ø 49 mm sensor holder.

The **TC014** body is made of steel in order not to absorb or modify the concentration of the titrated gases used.

The **TC014** has two inputs, one for REACTIVE GAS and another with flowmeter NON-REACTIVE GAS.

This allows the use of various types of sample gas bottles.

ATTENTION

All CALIBRATION operations must be carried out only by trained and authorized personnel; alternatively, it is recommended to ONLY carry out the VERIFICATION by referring to the instructions manual of the detector being tested.

FR DESCRIPTION

Le **TC014** est le masque d'étalonnage, pour la vérification et l'étalonnage de nos détecteurs de gaz industriels. Il peut être utilisé pour tous nos détecteurs avec un porte-capteur Ø 42 mm et Ø 49 mm.

Le corps **TC014** est en acier, afin de ne pas absorber ou modifier la concentration des gaz titrés utilisés.


Le **TC014** est équipé de deux entrées, une pour GAZ RÉACTIF et une autre avec un débitmètre pour les GAZ NON RÉACTIFS.

Cela permet l'utilisation de différents types de bouteilles de gaz.

ATTENTION

Toutes les opérations de CALIBRAGE doivent être effectuées uniquement par du personnel formé et autorisé ; alternativement, il est recommandé d'effectuer UNIQUEMENT la VÉRIFICATION en se référant au manuel d'instructions du détecteur test

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



COLLEGAMENTO TESTER DI CALIBRAZIONE ALLE BOMBOLE / CONNECTION OF CALIBRATION TESTER TO THE SAMPLE GAS BOTTLES/ CONNEXION DU TESTEUR DE CALIBRAGE AUX BOUTEILLES DE GAZ

